



Ten20[®]-elektrodipasta

[FI]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Ainesosat: Polyoksietyleeni-20-setyylietteri, vesi, glyseroli, kalsiumkarbonaatti, 1,2-propaanidioli, kaliumkloridi, montmorilloniitti, natriumkloridi, polyoksietyleeni-20-sorbitoli, metyyliiparabeeni, propyyliiparabeeni.

Käyttöaiheet: Tarkoitettu käytettäväksi neuromonitorointitoimenpiteissä yhdessä geelittömien neurodiagnoosielektrodien kanssa esim. seuraavissa toimenpiteissä: EEG-tutkimukset, herätepotentiaalitoinenpiteet, PSG- ja MSLT-toimenpiteet.

Käyttö: Ten20-elektrodipastan tarttumiskyky on yleensä riittävä saamaan elektrodit tarttumaan kiinni ihoon ja tarjoamaan riittävä johtavuus neurodiagnostista tutkimusta varten. Laita tarvittava määrä pastaa esim. kirurgisen teipin palalle tai vastaavalle pinnalle. Hankaa ensin ihoa varovasti jollakin hankaavalla tuotteella, kuten Nuprep[®]-valmisteella. Käytä kellonmuotoista kuppielektrodia, jonka keskellä on reikä, ja ota pastaa elektrodin kupin sisään sen verran, että kuppi täyttyy hieman yli. Aseta elektrodi sen valmisteltuun sijoituskohtaan ja paina keskikovalla paineella. Kiinnitä elektrodi paikalleen joko teipillä tai palalla sideharsoa.



Varo aineen joutumista silmiin. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele lämpimällä vedellä 10–15 minuutin ajan. Vältä silmien hankaamista. • Käytä iholla vain, jos iho on ehjä. Ei saa käyttää avohaavoissa tai vaurioituneella iholla tai niiden läheisyydessä. • Ole erityisen varovainen hoidettaessa potilaita, joilla on ollut ihoallergiaa tai jotka ovat herkkiä kosmetiikalle ja ihovoiteille. Jos iholla ilmenee ihottumaa, punoitusta, kutinaa, turvotusta tai muuta poikkeavaa, pese pois välittömästi. • Potilaiden sietokyky iholla käytettäville tuotteille vaihtelee suuresti. Jotkut potilaat sietävät huonosti liima-aineita, hankaavia aineita, johtavia materiaaleja ja suoloja. Reagoi kaikkiin valituksiin, jotka voivat olla merkki siitä, ettei potilas siedä tuotetta. • Pyydä potilaita ilmoittamaan, jos elektrodin kiinnityskohdassa on jatkuvaa punoitusta, arkuutta tai turvotusta. Hoitamattomista ihoinfektioista voi jäädä pysyviä arpia. • Pitkäaikaiset elektrodin kiinnityskohdat täytyy tarkastaa vähintään päivittäin ärsytyksen ja punoituksen varalta irrottamalla elektrodi ja arvioimalla sen alla olevan ihon kunto. • Ei saa käyttää virtaa indusoivien elektrodien kanssa.

Ilmoita kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet valmistajalle ja Euroopan unionin alueella käyttäjän ja/tai potilaan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Turvallisuus ja käsittely: Ten20 ei ole myrkyllistä, jos sitä niellään vahingossa. Ten20 valmistetaan käyttämättä luonnonkumilateksia. Pidä astiat tiukasti suljettuina, kun niitä ei käytetä. Säilytä huoneenlämmössä ja vältä pitkäaikaisia kylmiä lämpötiloja tai jäätymistä. Ten20 voidaan hävittää ilman erikoiskäsittelyä.



Lääkinnällisellä laitteella



Maahantuojalla



Jakelijalla



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1 800 525 2130 www.weaverandcompany.com

