



Ten20® Проводяща паста

[BG]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Съставки: полиоксиетилен (20) цетилов етер, вода, глицерин, калциев карбонат, 1,2-пропандиол, калиев хлорид, монтморилонит, натриев хлорид, полиоксиетилен (20) сорбитол, метилпарабен, пропилпарабен.

Показания за употреба: За използване в мониторингови неврологични процедури при употреба на невродиагностични електроди без прилагане на гел, например: ЕЕГ тестове, процедури с евокиран потенциал, полисомнограма (PSG) и тест за множествена латентност на съня (MSLT).

Приложение: Адхезивните качества на Ten20 проводяща паста обикновено са достатъчни за прилепването на електродите към кожата и осигуряване на проводимост за невродиагностика. Поставете необходимото количество паста върху повърхност, например лепенка за рана. Внимателно изтъркайте кожата с абразивен продукт, като Nuprep®. При използването на чашкови камбановидни електроди с отвор в центъра поставете паста в чашката на електрода, докато леко се препълни. Поставете електрода върху подгответо за него място и го притиснете с умерен натиск. Използвайте лепенка или парче марля, за да фиксирате електрода на място.



Да се избягва контакт с очите. При попадане на продукта в очите промийте с топла вода в продължение на 10 – 15 минути. **Да се избягва разтъркване на очите.** • Да се прилага само локално, върху здрава кожа. Не използвайте върху или в близост до открити рани или компрометирана кожа. • При пациенти с анамнеза за кожни алергии или чувствителност към козметика и лосиони да се прилага с повишено внимание. Ако по кожата се появи обрив, зачервяване, сърбеж, оток или нещо необично, отмийте незабавно. • **Поносимостта на пациентите към продукти за локално приложение варира в широки граници.** Някои пациенти слабо толерират лепила, абразиви, проводящи среди и соли. Реагирайте на всяко оплакване, което може да е сигнал за непоносимост към продукта. • **Инструктирайте пациентите да съобщават за всяко неотзвучаващо зачервяване, болезненост или оток на мястото на електродите.** Локални инфекции могат да доведат до трайни белези, ако не се третират. • **Местата за дългосрочно използвани електроди трябва да се проверяват за дразнене и зачервяване поне всеки ден чрез отстраняване на електрода и оценка на състоянието на кожата под него.** • Да не се използва с индуциращи ток електроди.

За всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, съобщавайте на производителя и ако сте в ЕС, на компетентните органи в държавата членка, в която е установлен потребителят и/или пациентът.

Безопасност и работа: Ten20 е нетоксичен, ако случайно се погълне. Ten20 се произвежда без използване на естествен каучуков латекс. Дръжте контейнерите пътно затворени, когато не се използва, и съхранявайте при стайна температура; избягвайте продължителна ниска температура или замръзване. Ten20 може да се изхвърля без специална обработка.



Медицинско изделие



Вносител



Дистрибутор



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, САЩ
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

