



## Ten20<sup>®</sup> Pastă conductivă

[RO]

**REF** 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

**Ingrediente:** Polioxietilenă 20 cetil eter, apă, glicerină, carbonat de calciu, 1,2-propandiol, clorură de potasiu, montmorillonit, clorură de sodiu, polioxietilenă 20 sorbitol, metilparaben, propilparaben.

**Indicații de utilizare:** Pentru utilizare în proceduri de neuromonitorizare împreună cu electrozi de neurodiagnostic negelificați, de ex.: examene EEG, proceduri potențiale evocate, PSG și MSLT.

**Aplicare:** Calitatea adezivă a pastei conductive Ten20 este de obicei suficientă pentru a face electrozii să adere la piele și a asigura conductivitatea pentru examenul de neurodiagnostic. Așezați cantitatea necesară de pastă pe o suprafață, cum ar fi o fâșie de bandă chirurgicală. Abrazați pielea ușor cu un produs abraziv, cum ar fi Nuprep<sup>®</sup>. Folosind un electrod cu cupă în formă de clopot cu orificiul în centru, puneți pasta în interiorul cupei electrodului până când este ușor supraîncărcat. Așezați electrodul pe locul pregătit pentru electrod și apăsați cu presiune medie. Folosiți bandă adezivă sau o bucată de tifon pentru a fixa electrodul în poziție.



**Evitați contactul cu ochii. Dacă produsul este intrat în ochi, clătiți cu apă caldă timp de 10 până la 15 minute. Evitați să vă frecați ochii. • Aplicați local numai pe pielea intactă.** Nu utilizați pe sau în apropiere de răni deschise sau de piele compromisă. • **Acordați o grijă suplimentară pacienților cu antecedente de alergii cutanate sau cu sensibilitate la produse cosmetice și loțiuni.** Dacă apar erupții cutanate, roșeață, mâncărime, umflături sau anomalii pe piele, spălați imediat. • **Toleranța pacienților la produsele topice este foarte diferită.** Unii pacienți au o slabă toleranță la adezivi, substanțe abrazive, medii conductoare și săruri. Reacționați la orice plângere care poate semnala o intoleranță la acest produs. • **Instruiți pacienții să comunice orice roșeață, durere sau umflare persistentă la locul electrodului.** Infecțiile topice pot lăsa cicatrice permanente dacă nu sunt tratate. • **Locurile electrozilor pe termen lung trebuie să fie verificate cel puțin zilnic pentru orice iritație și roșeață prin îndepărtarea electrodului și evaluarea stării pielii de sub electrod.** • **Nu utilizați cu electrozi care induc curent.**

**Raportați producătorului orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul și, dacă vă aflați în UE, raportați autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și / sau pacientul.**

**Siguranță și manipulare:** Ten20 nu este toxic dacă este ingerat accidental. Ten20 este fabricat fără a utiliza latex de cauciuc natural. Atunci când nu sunt utilizate, păstrați recipientele bine închise și depozitați-le la temperatura camerei; evitați temperatura rece sau înghețarea prelungită. Ten20 nu necesită o manipulare specială pentru a fi eliminat.



Dispozitiv medical



Importator



Distribuitor



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA  
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

