



Vodivá pasty Ten20®

[SK]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Zloženie: polyoxyetylén 20 cetyl éter, voda, glycerín, uhličitán vápenatý, 1,2-propándiol, chlorid draselný, montmorillonit, chlorid sodný, polyoxyetylén 20 sorbitol, metylparabén, propylparabén.

Indikácie na použitie: Na použitie pri zákrokoch neurologického monitoringu s neurologickým diagnostickými elektródami bez použitia gélu, napr.: vyšetrenia EEG, zákroky s evokovaným potenciálom, RSG a MSLT.

Použitie: Priľnavosť vodivej pasty Ten20 je zvyčajne dostatočná na to, aby udržala elektródy na pokožke a poskytla dostatočnú vodivosť pri neurologickom diagnostickom vyšetrení. Dostatočné množstvo pasty aplikujte na podklad, ako napríklad kúsok zdravotníckej pásky. Pokožku jemne potrite abrazívnym prípravkom, ako napríklad Nuprep®. Pomocou prísavkovej elektródy v tvare zvonu s otvorom v strede aplikujte pastu do vnútra prísavky elektródy, kým nezačne trochu vytekať. Elektródu položte na pripravené miesto a zatlačte ju stredne silným tlakom. Na upevnenie elektródy na mieste použite buď pásku alebo kúsok gázy.



Vyhňte sa kontaktu s očami. Ak sa prípravok dostane do oka, oplachujte ho vodou 10 až 15 minút. Oči si netrite. • **Používajte lokálne len na neporušenej pokožke.** Nepoužívajte na alebo v blízkosti otvorených rán alebo poškodenej pokožky. • **U pacientov s predchádzajúcimi kožnými alergiami alebo citlivosťou na kozmetiku a telové mlieka postupujte mimoriadne opatrne.** Ak sa na pokožke objavia vyrážky, začervenanie, svrbenie, opuch alebo iný abnormálny jav, prípravok okamžite umyte. • **Znášanie lokálnych výrobkov sa u pacientov veľmi líši.** Niektorí pacienti tolerujú adhezíva, abrazívne látky, vodivé médiá a soli veľmi zle. Reagujte na každú sťažnosť, ktorá môže signalizovať intoleranciu produktu. • **Pacientov poučte, aby nahlásili trvalé začervenanie, bolesť alebo opuch v mieste aplikovania elektródy.** Lokálne infekcie môžu pri neliečení zanechať trvalé jazvy. • **Miesta s dlhodobou aplikáciou elektród sa musia minimálne každý deň kontrolovať, či v nich nedochádza k podráždeniu a začervneniu, tak že sa elektródy odoberie a stav pokožky pod elektródou sa vyhodnotí.** • **Nepoužívajte s elektródami indukujúcimi prúd.**

Každý závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s pomôckou, nahláste výrobcovi a v prípade krajín EÚ aj kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ/pacient bydlisko.

Bezpečnosť a manipulácie: prípravok Ten20 je v prípade náhodného požitia netoxický. Prípravok Ten20 sa vyrába bez použitia prírodného latexu. Keď sa prípravok nepoužíva, udržiavajte nádoby pevne uzavreté a skladujte ich pri izbovej teplote; dlhodobo ich neskladujte pri nízkej teplote alebo v mraze. Prípravok Ten20 sa môže zneškodniť bez potreby špeciálnej manipulácie.



Zdravotnícka pomôcka



Dovozca



Distribútor



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

