



Αγώγιμη πάστα Ten20®

[EL]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Συστατικά: Πολυοξυαιθυλενίου 20 κητυλικός εστέρας, νερό, γλυκερίνη, ανθρακικό ασβέστιο, 1,2-προπανεδιόλη, χλωριούχο κάλιο, μοντμοριλλονίτης, χλωριούχο νάτριο, πολυοξυαιθυλενίου 20 σορβιτόλη, μεθυλοπαραβένη, προπυλοπαραβένη.

Ενδείξεις για τη χρήση: Για χρήση σε διαδικασίες νευρο-παραμέτρησης, σε συνδυασμό με ηλεκτρόδια νευροδιαγνωστικής χωρίς γέλη, π.χ.: εξετάσεις ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, διαδικασίες προκλητού δυναμικού, διαδικασίες πολυυπνογράφου (PSG) και MSLT.

Εφαρμογή: Η συγκολλητική ποιότητα της αγώγιμης πάστας Ten20 συνήθως επαρκεί για τη συγκόλληση των ηλεκτροδίων και την παροχή αγωγιμότητας για τη νευροδιαγνωστική εξέταση. Τοποθετήστε την απαιτούμενη ποσότητα πάστας σε μια επιφάνεια όπως ένα κομμάτι χειρουργικής ταινίας. Ξύστε απαλά το δέρμα με ένα αποξεστικό προϊόν, όπως το Nurprep®. Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο με κωδωνοειδές κύπελλο με την τρύπα στο κέντρο, τοποθετήστε πάστα μέσα στο κύπελλο του ηλεκτροδίου μέχρι να υπερπληρωθεί ελαφρώς. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο προετοιμασμένο σημείο εφαρμογής ηλεκτροδίου και πιέστε με μεσαία πίεση. Χρησιμοποιήστε είτε ταινία είτε ένα κομμάτι γάζας για να στερεώσετε το ηλεκτρόδιο στη θέση του.



Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Αν μπει προϊόν στο μάτι, ξεπλύνετε με χλιαρό νερό για 10 έως 15 λεπτά. Αποφύγετε να τρίψετε τα μάτια. • Χρησιμοποιείτε τοπικά, μόνο σε ανέπαφο δέρμα. Να μη χρησιμοποιείται πάνω ή κοντά σε ανοικτές πληγές ή σε δέρμα που έχει υποστεί βλάβη. • Προσέχετε ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό δερματικών αλλεργιών ή ευαισθησίας σε καλλυντικά και λοσιόν. Σε περίπτωση που θα εμφανιστούν εξανθήματα, ερυθρότητα, φαγούρα, οίδημα ή ανωμαλία στο δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως. • Η ανοχή στα προϊόντα τοπικής χρήσης διαφέρει σημαντικά μεταξύ ασθενών. Ορισμένοι ασθενείς δεν ανέχονται καλά τις συγκολλητικές ουσίες, τα διαβρωτικά υλικά, τα αγώγιμα μέσα και τα άλατα. Ανταποκριθείτε σε οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να σημαίνει δυσανεξία στο προϊόν. • Δώστε στους ασθενείς την οδηγία να σας ενημερώσουν για τυχόν επίμονη ερυθρότητα, πόνο ή πρήξιμο στο σημείο εφαρμογής του ηλεκτροδίου. Οι τοπικές λοιμώξεις, αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να αφήσουν μόνιμες ουλές. • Τα σημεία μακροχρόνιας εφαρμογής ηλεκτροδίων πρέπει να ελέγχονται για ερεθισμούς και ερυθρότητα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, αφαιρώντας το ηλεκτρόδιο και αξιολογώντας την κατάσταση του δέρματος κάτω από το ηλεκτρόδιο. • Μη χρησιμοποιείτε με ηλεκτρόδια που χορηγούν ηλεκτρικό ρεύμα.

Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό έχει προκύψει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν στον κατασκευαστή και, αν βρίσκεστε στην ΕΕ, στις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης ή/και ο/η ασθενής.

Ασφάλεια και χειρισμός: Το Ten20 είναι μη τοξικό αν καταποθεί κατά λάθος. Το Ten20 παρασκευάζεται χωρίς τη χρήση φυσικού ελαστικού λατέξ. Διατηρείτε τους περιέκτες καλά κλειστούς όταν δεν τους χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε τους σε θερμοκρασία δωματίου. Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες ή το πάγωμα του προϊόντος. Το Ten20 μπορεί να απορριφθεί χωρίς ειδική μεταχείριση.



Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Εισαγωγέας



Διανομέας



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, Η.Π.Α.
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

