



Ten20® Prevodna pasta

[SL]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Sestavine: Polioksietilen 20 cetil eter, voda, glicerin, kalcijev karbonat, 1,2-propandiol, kalijev klorid, montmorilonit, natrijev klorid, polioksietilen 20 sorbitol, metilparaben, propilparaben.

Indikacije za uporabo: za uporabo v nevromonitornih postopkih v povezavi z neželeznimi nevrodiagnostičnimi elektrodami, npr.: Preiskave EEG, evocirani potencialni postopki, PSG in MSLT.

Uporaba: Kakovost lepila prevodne paste Ten20 običajno zadostuje za pritrditev elektrod na kožo in zagotavljanje prevodnosti za nevrodiagnostično preiskavo. Najprej kožo nežno podrgnite z abrazivnim izdelkom, kot je Nuprep®. S pomočjo elektrode s skodelico v obliki zvonca z luknjo v sredini potopite elektrodo v posodo Ten20 in zajemite pasto, dokler se skodelica elektrode nekoliko ne napolni. Elektrodo položite na pripravljeno mesto za elektrodo in pritisnite s srednjim pritiskom. Elektrodo pritrdite s trakom ali kosom gaze.



Izogibajte se stiku z očmi. Če izdelek vnesemo v oko, ga 10 do 15 minut spiramo s toplo vodo. Izogibajte se drgnjenju oči. • Uporabljajte topično samo na nepoškodovani koži.

Ne uporabljajte na odprtih ranah ali ogroženi koži ali v njihovi bližini. • **Bodite previdni pri bolnikih z anamnezo kožne alergije ali občutljivostjo na kozmetiko in losjone.** Če se na koži pojavijo izpuščaji, pordelost, srbenje, oteklina ali nepravilnosti, takoj sperite. • **Toleranca bolnikov do topičnih izdelkov se zelo razlikuje.** Nekateri bolniki slabo prenašajo lepila, abrazive, prevodna sredstva in soli. Odzovite se na morebitne pritožbe, ki bi lahko pomenile preobčutljivost na izdelek. • **Naročite pacientom, naj sporočijo kakršno koli stalno pordelost, bolečino ali oteklino na mestu elektrode.** Topične okužbe lahko pustijo trajne brazgotine, če jih ne zdravimo. • **Dolgotrajna mesta elektrod je treba vsaj enkrat na dan preveriti glede draženja in pordelosti z odstranitvijo elektrode in oceno stanja kože pod elektrodo.** • **Ne uporabljajte z elektrodami, ki inducirajo tok.**

Vsak resen incident, ki se zgodi v zvezi z napravo, prijavite proizvajalcu in, če je v EU, pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.

Varnost in ravnanje: Ten20 ob nenamernem zaužitju ni toksičen. Ten20 je izdelan brez uporabe lateksa iz naravne gume. Posode shranjujte pri sobni temperaturi. Izogibajte se dolgotrajni hladni temperaturi ali zmrzovanju. Posoda je zasnovana za **SAMO ENO UPORABO**. Po odprtju je treba pasto uporabiti samo pri enem bolniku, nato pa jo zavreči. Ten20 lahko zavrzete brez posebnega ravnanja.



Medicinski pripomoček



Uvoznik



Distributer



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

