



Gel pour préparation cutanée Nuprep®

[FR]

REF 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

Ingrédients : Eau, oxyde d'aluminium, propanediol-1, 2, polyacrylate de sodium, méthylparabène, propylparabène, bleu brillant FCF, rouge allura AC, tartrazine.

Indications d'utilisation : À utiliser lorsque qu'une impédance cutanée basse accentuerait des résultats d'examen, par exemple : examens d'électroencéphalographie, procédures relatives aux potentiels évoqués, examens d'électrocardiographie d'effort, procédures d'examen de surveillance de réadaptation cardiologique et de surveillance de cathéter cardiaque.

Application : Déposer la quantité de gel nécessaire sur une surface telle qu'un tampon de gaze. **Pour des électrodes non jetables**, érafler délicatement la peau en déposant une petite quantité de Nuprep sur un coton-tige et en frottant légèrement la peau avec 4 ou 5 petits mouvements circulaires ; retirer tout excès de gel, puis appliquer les électrodes sur les sites préparés. **Pour des électrodes cardiaques**, érafler délicatement la peau en déposant une petite quantité de Nuprep sur un tampon de gaze et en frottant légèrement la peau avec 4 ou 5 mouvements circulaires ; retirer tout le gel Nuprep des sites des électrodes à l'aide d'un tampon de gaze sec avant d'appliquer les électrodes. Avec des nouveau-nés et des patients gériatriques, utiliser beaucoup moins de pression qu'avec des adultes.



Éviter tout contact avec les yeux. Si du produit pénètre dans l'œil, rincer à l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes. Éviter de se frotter les yeux. • Utiliser localement sur une peau saine uniquement. Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou sur une peau fragilisée, ou à proximité de ces dernières. • **Utiliser avec précaution chez des patients présentant des antécédents d'allergie cutanée ou de sensibilité aux produits de beauté ou aux lotions.** En cas d'éruption cutanée, de rougeur, de démangeaisons, de gonflements ou de troubles cutanés, rincer immédiatement. • **Ne pas utiliser avec des électrodes d'induction de courant. • Ne pas érafler de manière excessive ;** une abrasion locale assortie d'une cicatrice permanente peut se produire. • **Le gel Nuprep contient des substances insolubles qui peuvent noircir ou gêner un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).** Avant un examen d'IRM, veiller à ce que toutes les substances utilisées dans l'examen de diagnostic neurologique soient retirées des sites des électrodes.

Signaler tout incident grave qui survient en relation avec le dispositif au fabricant et, dans l'Union européenne, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Sécurité et manipulation : Nuprep est non toxique en cas d'ingestion accidentelle. Nuprep est fabriqué sans utilisation de latex d'élastomère-caoutchouc naturel. Garder les contenants bien fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Aucune condition particulière de stockage n'est nécessaire. L'élimination de Nuprep peut être effectuée sans manipulation particulière.



Dispositif médical



Importateur



Distributeur



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

