



Nuprep® 스킨 프렙 젤

[KO]

REF 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

성분: 정제수, 알루미늄 산화물, 1,2-프로판다이올, 소듐폴리아크릴레이트, 메틸파라벤, 프로필파라벤, 식용색소 청색 1 호, 식용색소 적색 40 호, 식용색소 황색 5 호.

사용 지침: 피부 임피던스가 낮으면 검사 결과가 향상되는 경우 사용. 예: EEG 검사, 유발 전위 검사, ECG 스트레스 검사, 심장 재활 모니터링, 심장 카테터 모니터링 검사 절차.

적용법: 거즈 패드 등의 표면에 필요한 양의 젤을 짍니다. **일회용 전극이 아닌 경우**, 면봉에 소량의 Nuprep 을 묻혀 피부에 4~5 회 작은 원을 그리며 가볍게 문질러 부드럽게 피부를 스크럽합니다. 여분의 젤을 모두 제거한 다음 준비된 부위에 전극을 부착합니다. **심장용 전극의 경우**, 거즈 패드에 소량의 Nuprep 을 묻혀 피부에 4~5 회 원을 그리며 가볍게 문질러 부드럽게 피부를 스크럽합니다. 전극을 부착하기 전 마른 거즈 패드를 사용해 전극 부위에서 여분의 Nuprep 을 모두 제거합니다. 신생아와 노인 환자의 경우 성인보다 훨씬 적은 압력을 사용하십시오.



눈에 접촉하지 마십시오. 만약 제품이 눈에 들어간 경우 따뜻한 물로 10~15 분간 세척하십시오. 눈을 비비지 마십시오. ● 온전한 피부에 도포용으로만 사용하십시오. 열린 상처나 취약한 피부 부위 또는 그 근처에는 사용하지 마십시오. ● 화장품 및 로션에 피부 알레르기가 있거나 민감하게 반응했던 병력이 있는 환자에게 사용할 때는 더욱 주의하십시오. 피부에 발진, 발적, 가려움, 부종 또는 이상이 나타나면 즉시 씻어내십시오. ● 전류 유도 전극과 함께 사용하지 마십시오. ● 과도하게 스크럽하지 마십시오. 피부 찰과상으로 영구적인 흉터가 생길 수 있습니다. ● Nuprep 젤에는 자기공명영상(MRI) 검사 시 음영이 생기거나 방해가 될 수 있는 불용성 물질이 포함되어 있습니다. MRI 검사 전에 전극 부위에서 신경진단 검사 시 사용한 모든 물질을 닦아냈는지 확인하십시오.

기기와 관련하여 심각한 사고가 발생한 경우 제조업체에 보고해야 하며, EU 국가에 있는 경우 사용자 및/또는 환자가 위치한 회원국의 관할 당국에 보고하십시오.

안전성 및 취급: Nuprep 은 실수로 섭취해도 독성이 없습니다. Nuprep 은 천연 러버라텍스를 사용하지 않고 제조되었습니다. 사용하지 않을 때는 용기를 단단히 닫아 두십시오. 특별한 보관 조건이 필요하지 않습니다. Nuprep 은 특별한 취급 없이 폐기할 수 있습니다.



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

