

NUPREP® SKIN PREP GEL

[da]

REF 10-30, 10-30-K, 10-61, 10-25, 10-25S

— BESKRIVELSE —

Nuprel gel indeholder: Vand, aluminiumoxid, 1,2 propanediol, natriumpolyacrylat, methylparaben, propylparaben, FD&C blå 1, FD&C rød 40, FD&C gul 5.

— ANVENDELSE —

Anvendes når en reduktion i hudimpedans forbedrer testresultater, f.eks.: EEG-undersøgelser, Evoked Potential-procedurer, arbejds-EKG, overvågning af hjerterehabilitering og undersøgelsesprocedurer til hjertekateterisationsovervågning.

— BRUGSANVISNING —

Neurodiagnostiske elektroder - Ikke til engangsbrug (klokkeformede elektroder). Fugt en vatpind med Nuprep gel, og fjern overskydende gel. Påfør gelen forsigtigt med 4 eller 5 mindre cirkelbevægelser svarende til diameteren af den anvendte elektrode. På normal hud: Brug omtrent det samme tryk som anvendes til at file fingernegle med en neglefil.

Hos nyfødte og geriatriske patienter **anvendes langt mindre tryk end hos voksne patienter.** Tilfredsstillende impedans opnås med 3 eller 4 strøg med en vatpind og et **meget let tryk.**

For at reducere naturlig hudimpedans vaskes patientens hoved inden undersøgelsen. Undgå brug af lotioner eller olie. Hvis det er nødvendigt at påføre mere gel for at opnå tilfredsstillende impedans, **anvendes et eller to ekstra, lette strøg - ikke et kraftigere tryk.**

EKG-elektroder Ved arbejds-EKG-, Holter-monitor- og hjerterehabiliteringselektroder skal elektrodestedet først tørres af med en alkoholserviet for at fjerne fedtstoffet fra huden. Påfør nok gel til at fugte ca. ¼ af en gazeserviet. Påfør gelen sparsomt ved at gnide med cirkelbevægelser på hvert elektrodested med 6 eller 7 strøg. Fjern overskydende gel med den tørre del af gazeservietten. Sæt de selvklebende elektroder fast på det klargjorte sted.

— FORSIGTIG —



Undgå øjenkontakt. Hvis produktet kommer i øjnene, skal man skylle med varmt vand i 10 til 15 minutter. Undgå at gnide øjnene.

Må ikke anvendes på sår eller på betændt hud.

Må ikke bruges på patienter med konstateret hudallergi eller overfølsomhed over for kosmetik og lotioner. I tilfælde af udslæt, kløe, hævelse eller forandringer i huden skal gelen straks vaskes af.

Gelen må ikke anvendes sammen med strøminduktionselektroder.

Undgå abrasion af huden. Topikal abrasion med deraf følgende permanent ardannelse kan forekomme.

Patienten skal instrueres om at informere lægen i tilfælde af vedvarende rødme, ømhed eller hævelse på elektrodestedet. Topikale infektioner kan efterlade permanente ar, hvis disse ikke behandles.

Elektrodesteder, der anvendes over længere tid, skal kontrolleres mindst en gang om dagen for tegn på irritation og rødme ved at fjerne elektroden og evaluere hudens tilstand under elektroden.

Nuprep gel indeholder uopløselige stoffer, der kan danne skygger eller indvirke på MR-scanninger. Inden der udføres MR-scanninger skal det sikres, at elektrodestederne er rensede for alle materialer anvendt til den neurodiagnostiske undersøgelse.

— SIKKERHED OG HÅNDTERING —

Nuprep gel: Gelen er ikke giftig ved indtagelse. Udgør ingen kendte risici for plejepersonale. Kan bortskaffes med almindeligt affald. Tuben skal lukkes tæt og opbevares ved stuetemperatur.



Weaver and Company
565 Nucla Way, Unit B
Aurora, CO 80011 USA
+1-303-366-1804
+1-800-525-2130
www.weaverandcompany.com

EC REP

Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH
The Hague, Holland

